

Số: /TB-BVMDL

Cà Mau, ngày 19 tháng 6 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua thiết bị y tế năm 2025-2027 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị báo giá:

1. Tên đơn vị báo giá: Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau, Địa chỉ số 27, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, Phường 6, TP. Cà Mau.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

DS. Lê Kiều Diễm, Điện thoại liên hệ: 0915.997666, Khoa Dược - VT - TTBYT, Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Khoa Dược - VT - TTBYT, Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau, Địa chỉ: số 27, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, Phường 6, TP Cà Mau, gồm **02 bản chính**.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: từ 16h 00 phút ngày 19 tháng 6 năm 2025 đến trước 16h 00 phút ngày 03 tháng 7 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian và hiệu lực của báo giá: **tối thiểu 150 ngày** kể từ ngày 03 tháng 7 năm 2025

6. Thông báo Yêu cầu báo giá được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Mắt- Da liễu: **benhvienmatdalieucamau.com**

II. Nội dung của yêu cầu báo giá:

1. Danh mục báo giá thiết bị y tế:

DANH MỤC BÁO GIÁ

1	Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu một mảnh. Chất liệu ngâm nước, không lắp sẵn, không lọc ánh sáng xanh	1. Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, một mảnh 2. Chất liệu: Copolymer ngâm nước $\geq 26\%$. 3. Màu sắc trong suốt - Không lọc ánh sáng xanh - Lọc tia cực tím (UV) 4. Chỉ số ABBE ≥ 56 . Chỉ số khúc xạ: $n = 1.46$ đến 1.48 5. Thiết kế Càng hình chữ C hoặc Chữ L. - Bờ vuông - Góc càng từ 0° tới 2° 6. Đặc Điểm - Phi cầu mặt trước - Cầu sai ≥ 0 7. Đường kính tổng thủy tinh thể 11mm đến 12.5mm 8. Đường kính optic: 5.5mm đến 6mm 9. Kích thước vết mổ 2.2mm đến 2.4mm 10. Dải công suất phải có từ -18D đến +58D - Từ -18D đến 58D có bước nhảy là 1D - Từ +15D đến 30D có bước nhảy là 0,5D 11. Có Catridge và dụng cụ đặt kính đi kèm 12. Tiêu chuẩn: ISO, CE	Cái	300
2	Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu một mảnh. Chất liệu ngâm nước, không lắp sẵn, lọc ánh sáng xanh	1. Thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, mềm, một mảnh 2. Chất liệu: Copolymer ngâm nước $\geq 26\%$. 3. Màu sắc màu vàng - Lọc Ánh sáng xanh - Lọc tia cực tím (UV) 4. Chỉ số ABBE ≥ 56 . Chỉ số khúc xạ: $n = 1.46$ đến 1.48 5. Thiết kế Càng hình chữ C hoặc Chữ L. - Bờ vuông - Góc càng từ 0° tới 2° 6. Đặc Điểm - Phi cầu mặt trước - Cầu sai ≥ 0 7. Đường kính tổng thủy tinh thể 11mm đến 12.5mm 8. Đường kính optic: 5.5mm đến 6mm 9. Kích thước vết mổ 2.2mm đến 2.4mm 10. Dải công suất phải có từ -18D đến +58D - Từ -18D đến 58D có bước nhảy là 1D - Từ +15D đến 30D có bước nhảy là 0,5D 11. Có Catridge và dụng cụ đặt kính đi kèm 12. Tiêu chuẩn: ISO, CE	Cái	400

2. Địa chỉ cung cấp: Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau, số 27, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, Phường 6, Tp Cà Mau.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: **18 tháng**

4. Dự kiến thanh toán: **90 ngày**

5. Các thông tin khác: Các nhà cung cấp tham gia báo giá thì ghi rõ **báo giá số: 09**.
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng KHNV đăng Website bệnh viện;
- Lưu VT, Dược.

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Trung Lâm