

Số: 21 /TB-BVMDL

Cà Mau, ngày 04 tháng 7 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế ( hóa chất, vật tư y tế) năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị báo giá:

1. Tên đơn vị báo giá: Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau, Địa chỉ số 27, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, Phường 6, TP. Cà Mau.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

DS. Nguyễn Duy Khánh, Điện thoại liên hệ: 0983.686127, Trưởng Khoa Dược - VT - TTBYT, Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Khoa Dược - VT - TTBYT, Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau, Địa chỉ: số 27, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, Phường 6, Tp Cà Mau.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: từ 08h ngày 05 tháng 07 năm 2023 đến trước 17h ngày 19 tháng 7 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian và hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2023.

II. Nội dung của yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế:

### DANH MỤC BÁO GIÁ 1

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật.	Số lượng	ĐVT	Ghi chú
1	Chất nhầy dùng trong phẫu thuật đặt thủy tinh thể nhân tạo Phaco	Hàm lượng: 2%. Dung tích: 2ml/xilanh. Thành phần: Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC). Trọng lượng phân tử 86.000 daltons.	2.000	Hộp 2ml	

2	Chất nhuộm màu dùng trong phẫu thuật mắt	Thuốc nhuộm bao dùng trong phẫu thuật nhãn khoa nồng độ 0,06%. Thành phần: Trypan Blue 0,6 mg/ml.	600	Lọ 1ml	
3	Dao mổ liền cán (2.8mm - 3.2mm)	Lưỡi dao làm bằng thép không rỉ, không gây chói. 1 mặt vát, mặt vát hướng lên trên. Kích thước 2.8mm -3.2mm. Có nắp an toàn bảo vệ hoặc miếng lót xốp.	1.300	Cái	

### DANH MỤC BÁO GIÁ 2

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật.	Số lượng	DVT	Ghi chú
1	Thủy tinh thể nhân tạo mềm (kèm dụng cụ đặt nhân)	Thủy tinh thể nhân tạo 1 mảnh, càng chữ C. Thủy tinh thể có chất liệu Hydrophilic Acrylic copolymer 26% nước. Thủy tinh thể có màu vàng, lọc ánh sáng xanh và lọc tia cực tím (tia UV). Thiết kế hai mặt lồi, bờ vuông 360 độ Chiều dài tổng thể của TTT: 12,5 mm. Đường kính quang học: 6,0 mm. Độ dày trung tâm TTT: 0,98mm (+20D). Góc càng 0°. A-constant: 118,0. ACD: 4,96 mm. Chỉ số khúc xạ: 1,46 Cầu sai: 0 (trung tính) Chỉ số ABBE: 58 Tiệt trùng bằng hơi nước Dải công suất từ 0D đến +30D với mức tăng 0,5D (dải diop - 7D đến -1D được sản xuất theo yêu cầu) Được cung cấp cùng súng và cartridge dùng 1 lần đồng bộ với vết mổ 2,2 / 2,5mm.	2.000	Cái	

2. Địa chỉ cung cấp: Bệnh viện Mắt – Da liễu tỉnh Cà Mau, số 27, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Khóm 6, Phường 6, Tp Cà Mau.
  3. Thời gian giao hàng dự kiến: 05 tháng
  4. Dự kiến thanh toán: 90 ngày
  5. Các thông tin khác: không
- Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.

